

Dental Dam Clamps

Οδηγίες Χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγίων Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται προς χρήση μόνο από επαγγελματίες.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Όνομα Προϊόντος	Dental Dam Clamps
Επωνυμία Εταιρείας	Perfection Plus Ltd
Διεύθυνση Εταιρείας	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, HB
Αρ. Τηλεφώνου Εταιρείας	+44 (0) 2380 866 677

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - REF

004/0005	Dental Dam Clamp No 7	400/0017	Dental Dam Clamp No 202
004/0007	Dental Dam Clamp No 2A	004/0070	Dental Dam Clamp No 1
004/0008	Dental Dam Clamp No 00	004/0071	Dental Dam Clamp No 3
004/0009	Dental Dam Clamp No 2	004/0072	Dental Dam Clamp No 4
004/0010	Dental Dam Clamp No 8	004/0073	Dental Dam Clamp No 12A
004/0011	Dental Dam Clamp No 8A	004/0074	Dental Dam Clamp No 13A
004/0012	Dental Dam Clamp No 9	004/0075	Dental Dam Clamp No 14
004/0013	Dental Dam Clamp No 14A	004/0080	Dental Dam Clamp No W7
004/0014	Dental Dam Clamp No W8A	004/0084	Dental Dam Clamp No 6
004/0015	Dental Dam Clamp No 26		
004/0016	Dental Dam Clamp No 29		

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι αρπάγες Dental Dam Clamps είναι επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία και έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το Perfection Plus Latex ή το Latex Free Dental Dam. Παρέχονται μη αποστειρωμένες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Αποστείρωση

Πριν από την πρώτη και σε κάθε επόμενη χρήση, επιθεωρήστε, καθαρίστε και αποστειρώστε την αρπάγη. Επιθεωρήστε για σημάδια διάβρωσης, όπως αποφλοιώση, αποχρωματισμό, εκδορές ή ρωγμές.

1. Επιθεωρήστε τις αρπάγες χρησιμοποιώντας μεγέθυνση εάν είναι απαραίτητο και απορρίψτε τυχόν διαβρωμένα ή κατεστραμμένα εργαλεία πριν από τη χρήση.
2. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα υπολείμματα με μια βούρτσα με μαλακές τρίχες κάτω από μαλακό τρεχούμενο νερό. Ποτέ μην αφήνετε υπολείμματα να στεγνώνουν επάνω στην αρπάγη.
3. Συνιστώνται μη αφρίζοντα καθαριστικά με pH μεταξύ 7-9.
4. Εάν εφαρμόζεται αυτοματοποιημένος καθαρισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τελική έκπλυση στους 95°C για 10 λεπτά ώστε να λάβει χώρα θερμική απολύμανση. Οι ευαίσθητες αρπάγες απομονωτήρα πρέπει να καθαρίζονται μόνο στο χέρι.
5. Κατά τη ξήρανση ως μέρος ενός κύκλου απολύμανσης πλυντηρίου, μην υπερβαίνετε τους 95°C.
6. Συνιστάται η αποστείρωση με ατμό. Αποστειρώστε σε αυτόκαυστο για τουλάχιστον 5 λεπτά στους 134 ±°C στην κατάλληλη αυτοκόλλητη θήκη αποστείρωσης Protect+ (PP002/5000) που είναι επικυρωμένη για αποστείρωση με ατμό. Μην υπερβαίνετε τους 138°. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτόκαυστου, μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο. Οι αρπάγες έχουν επικυρωθεί σε μηχανή αποστείρωσης ατμού σε κύκλο 134°C για 5 λεπτά.
7. Εάν δεν λάβει χώρα καθαρισμός αμέσως μετά τη χρήση, βυθίστε σε διάλυμα απορρυπαντικού με ουδέτερο pH, για έως 16 ώρες.

Ο σφιγκτήρας πρέπει να απορρίπτεται εάν υπάρχουν ενδείξεις φθοράς. Η αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του σφιγκτήρα είναι περίπου 20 κύκλοι αποστείρωσης.

Οδηγίες Χρήσης

8. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάποσης σε περίπτωση εκτόπισης, συνιστάται να πραγματοποιείται απολύμανση ασφαλείας (οδοντιατρικό νήμα) γύρω από την αρπάγη.

9. Για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαφή τεσσάρων σημείων με τις όμορες επιφάνειες του δοντιού, τοποθετήστε την αρπάγη εκ των προτέρων.
10. Δημιουργήστε μια οπή στο Perfection Plus Latex ή το Latex Free Dental Dam με ένα τρύπανο Dental Dam Punch.
11. Στη συνέχεια, η αρπάγη τοποθετείται στη διανοιγμένη οπή στον απομονωτήρα, με τα περύγιά του να κρατούν την οπή ανοιχτή, αυτή είναι η Τεχνική με περύγια. Ο οδοντιατρικός απομονωτήρας και η αρπάγη μπορούν στη συνέχεια να τοποθετηθούν επάνω από το δόντι χρησιμοποιώντας λαβίδα Dental Dam Forceps.
12. Ο οδοντιατρικός απομονωτήρας στη συνέχεια γλιστρά από την αρπάγη και τίθεται επάνω στο δόντι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Δεν συνιστώνται μέθοδοι αποστείρωσης αερίου οξειδίου του αιθυλενίου (EO), πλάσματος και ξηρής θερμότητας.

Αποφύγετε την έκθεση σε αλατούχο διάλυμα, μέσα καθαρισμού/απολύμανσης που περιέχουν διαβρωτικά υλικά όπως αλδεΐδη, χλωρίδιο, ενεργό χλώριο, βρώμιο, βρωμίδιο, ιώδιο ή ιωδιούχα, καθώς αυτά θα προάγουν τη διάβρωση.

Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή οποιαδήποτε συσκευή καθαρισμού που θα καταστρέψει την επιφάνεια της αρπάγης, καθώς αυτό θα προάγει τη διάβρωση.

Προσοχή



Σε περίπτωση που συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Τα παραπάνω αναγράφονται σε κάθε συσκευασία και θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε επικοινωνία που απαιτεί αναγνώριση του προϊόντος.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

